

CONSULTATION N°FCS26-016

ÉQUIPEMENT ET MAINTENANCE DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES (D.A.E) DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P) DE LA VILLE DE MONTREUIL

Questions / réponses

28/09/2026 - Question 1 : Dans le cadre votre marché, pourriez-vous nous communiquer l'état de votre parc de vos DAE existants ainsi que les marques des DAE et état des consommables (Dates de péremption : électrodes Adultes, enfants et batterie) ?

Réponse 1 : Le parc existant comporte 36 DAE :

- 29 DAE les sports, les DAE sont des ZOLL, installés en décembre 2025 - janvier 2026, avec des électrodes pour adultes et enfants ;
- 2 CCAS (à auditer), aucune info sur la marque, l'état et la date d'installation ;
- 3 CMS (2 à auditer et 1 à remplacer), aucune info sur la marque, l'état et la date d'installation
- 1 Hôtel de ville (à auditer), idem ;
- 1 au PC de sécurité à la mairie, idem.

28/09/2026 - Question 2 : Pour les nouveaux DAE à acquérir, acceptez-vous les DAE qui possèdent des électrodes Mixtes (Adultes/enfants) plus simple pour les utilisateurs profanes ?

Réponse 2 : Oui.

28/09/2026 - Question 3 : Merci de nous confirmer que le coût des consommables n'est pas à intégrer dans les forfaits maintenance (Préventif-Curatif) et qu'ils seront traités aux tarifs indiqués au BPU-DQE ?

Réponse 3 : Le coût des consommables n'est pas à intégrer dans les forfaits maintenance (Préventif-Curatif) et seront traités aux tarifs indiqués au BPU.

30/09/2026 – Question 4 : Afin de pouvoir évaluer la faisabilité de la prestation et vérifier les habilitations éventuellement requises, pourriez-vous nous communiquer les marques et modèles des équipements concernés ?

Réponse 4 : (en complément à la réponse à la question n°1) : Le parc existant comporte 36 DAE :

- 29 DAE les sports, les DAE sont des ZOLL, installés en décembre 2025 - janvier 2026, avec des électrodes pour adultes et enfants ;
- 2 CCAS (à auditer), aucune info sur la marque, l'état et la date d'installation ;
- 3 CMS (2 à auditer et 1 à remplacer) ;

- Heartstart HS1 n° A17E-00167
- Heartstart n° A08A-02532 et A08A-01848
- Heartstart n° A08A-02533
- 1 Hôtel de ville (à auditer), idem ;
- 1 au PC de sécurité à la mairie, idem.

02/10/2026 – Question 5 : BPU/DQE

Dans le cadre de la fourniture des consommables lors de la maintenance des 36 appareils existants, pouvons-nous :

- Ajouter au BPU des lignes supplémentaires de consommables, par marque et modèle recensés (notamment ZOLL AED Plus et Philips HeartStart HS1) ;
- Proposer également un catalogue de consommables remisé pour les appareils qui seront à auditer et pour lesquels nous ne disposons pas, à ce jour, des informations nécessaires ?

Réponse 5 : La remise d'un catalogue a été ajoutée. Les RC, CCAP et BPU ont été modifiés.